



«АҚДИДАР» БӨБЕКЖАЙ БАЛАБАҚШАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ

КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЯСЛИ-ДЕТСКИЙ
САД «АҚДИДАР» ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

040800, Қонаев қаласы, Қонаев көшесі, 13 үй
тел: 8 / 72772/4 28 80

040800, г. Қонаев, ул. Кунаева, дом 13
тел: 8 / 72772/4 28 80

03.10.2024 № 29

**«ҚР ККМ Техникалық реттеу
және метрология комитетінің
Алматы облысы бойынша
Департаменті» РММ
мемлекеттік инспектор
А. Шерьяздановқа**

Мәлімет

Алматы облысы білім басқармасының Қонаев қаласы бойынша білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің «Ақдидар» бөбекжай-балабақшасы» КМҚК 29.07.2024 жылғы № 2-0402-24-01578 Қонаев қаласы прокуратурасының заңдылығын бұзушылықтарды жою туралы ұсынысына сәйкес 30.10.2023 жылғы №1193-1907-13 мемлекеттік тіркеуден өткен Наркес Армияқызы Сасенова тұлғасында Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 07.08.2024 жылғы № 68 хаттамамен танысып, Алматы облысы бойынша Техникалық реттеу және метрология департаментінің мемлекеттік инспекторы Шарьязданов Абдуазиз Музапарович құрастырған келесі шаралар қабылданды:

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының негізінде 26.03.2024 жылғы № 119677823-1 өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша "метрология және сертификаттау органы» ЖШС-мен басшы Раушан Махмұтқызы Токбердиевтің атынан осы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасты, онда мынадай өлшеу аспаптарына тексеру жүргізілді:

- Медициналық электронды сандық биотермиялық Термометр № SJ -10-2-24-7448;

- Медициналық электронды сандық Biotherm Flexible термометрі № SJ-10-2-24-7449;

- Медициналық электронды Термометр OMRON Eco Temp Basic(MC-246 - RU) № SJ -10-24-7450;

- Медициналық электронды сандық биотермиялық термометрі № SJ -10-2-24-7451;

- Гигрометр психрометриялық шыны аспап № SJ-10-2-24-7446;

- Гигрометр психрометриялық шыны аспап № SJ-10-2-24-7447;

- Таразы медициналық электронды ВМЭН-150-50/100-Д2-А № SJ-02-5-24-1066.

Қосымша тексеру жүргізілді:

- РП ростомері 00000003185 үшін № SJ-01-1-24-0798;

- Fantasia HD-179 R тоңазытқышы № SJ-5-24-2749.

«Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» 2000 жылғы 7 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-3-бабының 2-тармақшасына сәйкес белгіленген бұзушылықтардың ішінен Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2019 жылғы 3 сәуірдегі № КР ДСМ-18 бірлескен бұйрығына сәйкес мемлекеттік реттеуге жататын өлшемдер тізбесімен бекітілген және «Мемлекеттік реттеуге жататын өлшемдер тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 195 бұйрығымен 17 дана контактісіз термометрлер пайдаланудан алынды.

Бөбекжай-балабақша меңгерушісі



Н.Сасенова